骨折セット

仕様書

公立大学法人和歌山県立医科大学

1　調達物品及び調達数量

物品名：骨折セット　１式

（内訳）		数量
1	リウエル鉗子　小	１本
2	リウエル鉗子　極小	１本
3	ハンマー	１本
4	やすり	１本
5	両頭やすり	１本
6	ワイヤーツイスター	１本
7	ワイヤーカッター	１本
8	骨把持鉗子　大	１本
9	骨把持鉗子　小	１本
10	脳べら　大	１枚
11	脳べら　中	１枚
12	脳べら　小	１枚
13	ラスパ　フラット　大	１本
14	ラスパ　フラット　中	１本
15	ラスパ　フラット　小	１本
16	ラスパ　斜角　大	１本
17	ラスパ　斜角　中	１本
18	ラスパ　斜角　小	１本
19	ラスパ　強彎	１本
20	ラスパ　弱彎	１本
21	オステオトーム　７ｍｍ	１本
22	オステオトーム　１０ｍｍ	１本
23	オステオトーム　曲　８ｍｍ	１本
24	オステオトーム　曲　１０ｍｍ	１本
25	玉付ノミ	１本
26	デリケートオステオトーム　３ｍｍ	１本
27	デリケートオステオトーム　４ｍｍ	１本
28	デリケートオステオトーム　６．５ｍｍ	１本
29	ケイセイホーベンディングプライヤー	１本
30	Ｕ字起子	１本
31	垂直骨切り用レトラクター	１本
32	下顎枝内側用レトラクター	１本
33	下顎枝用レトラクター	１本

34	溝付レトラクター	１本
35	下顎下縁骨膜起子　７ｍｍ	１本
36	下顎下縁骨膜起子　９ｍｍ	１本
37	偏平鈎　上曲がり　１６×８０ｍｍ	２本
38	偏平鈎　上曲がり　１４×７０ｍｍ	２本
39	偏平鈎　上曲がり　１２×５５ｍｍ	２本
40	偏平鈎　下曲がり　１６×８０ｍｍ	２本
41	偏平鈎　下曲がり　１４×７０ｍｍ	２本
42	偏平鈎　下曲がり　１２×５５ｍｍ	２本
43	丹下式万能開口器　大	１本
44	丹下式万能開口器　小	１本
45	ロー鉗子　右	１本
46	ロー鉗子　左	１本
47	鼻骨整復鉗子　小	１本
48	鼻骨整復鉗子　大	１本
49	鼻鏡　ミディアム	１本
50	鼻鏡　スモール	１本
51	ランゲンベック骨膜起子	１本
52	下顎用突き錘	１本
53	鼻中郭用オステオトーム	１本
54	ボーンベンディングプライヤー　荒目	１本
55	ボーンベンディングプライヤー　細目	１本
56	ボーンセパレータ	１本
57	腸骨用レトラクター	１本
58	上顎用オステオトーム	１本

２　その他必要条件

１　障害支援体制

２　設置条件

３　その他

３　入札機種のうち医療用具に関しては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の承認を得た物品であること。

１　調達物品の構成内容と必要な仕様

１－１　リウエル鉗子　小

１－１－１　先端は、丸のみの曲がりであること。

１－２　リウエル鉗子　極小

１－２－１　全長１５ｃｍで指用骨切であること。

１－３　　ハンマー

１－３－１　テフロン製であること。

１－４　　やすり

１－４－１　鼻形成用で先端が曲がりであること。

１－５　　両頭やすり

１－５－１　鼻形成用で両頭にやすり部があり、直であること。

１－６　　ワイヤーツイスター

１－６－１　ワイヤー把持ができる鉗子であること。

１－７　　ワイヤーカッター

１－７－１　ワイヤーを切断できる鉗子であること。

１－８　　骨把持鉗子　大

１－８－１　先端が太く全長１８ｃｍであること。

１－９　　骨把持鉗子　小

１－９－１　先端が細く全長１８ｃｍであること。

１－１０　脳べら　大

１－１０－１　ステンレス製で柔軟性があり、全長２０ｃｍの幅１．７ｃｍであること。

１－１１　脳べら　中

１－１１－１　ステンレス製で柔軟性があり、全長２０ｃｍの幅１．６ｃｍであること。

１－１２　脳べら　小

１－１２－１　ステンレス製で柔軟性があり、全長２０ｃｍの幅０．９ｃｍであること。

１－１３　ラスパ　フラット　大

１－１３－１　骨膜を剥離でき、全長１８ｃｍの幅１１ｍｍであること。

１－１４　ラスパ　フラット　中

１－１４－１　骨膜を剥離でき、全長１８ｃｍの幅９ｍｍであること。

１－１５　ラスパ　フラット　小

１－１５－１　骨膜を剥離でき、全長１８ｃｍの幅６ｍｍであること。

１－１６　ラスパ　斜角　大

１－１６－１　骨膜を剥離でき、全長１８ｃｍの幅１１ｍｍであること。

１－１７　ラスパ　斜角　中

１－１７－１　骨膜を剥離でき、全長１８ｃｍの幅９ｍｍであること。

１－１８　ラスパ　斜角　小

１－１８－１　骨膜を剥離でき、全長１８ｃｍの幅６ｍｍであること。

１－１９　ラスパ　強弯

１－１９－１　鼻形成に使用でき、全長２１ｃｍであること。

１－２０　ラスパ　弱弯

１－２０－１　鼻形成に使用でき、全長２１ｃｍであること。

１－２１　オステオトーム　７ｍｍ

１－２１－１　先端幅が７ｍｍの縦割用のノミ状になっており、全長２１．５ｃｍであること。

１－２２　オステオトーム　１０ｍｍ

１－２２－１　先端幅が１０ｍｍの縦割用のノミ状になっており、全長２１．５ｃｍであること。

１－２３　オステオトーム　曲　８ｍｍ
１－２３－１　先端幅が８ｍｍで上顎結節と翼状突起を離断する際に使用できること。

１－２４　オステオトーム　曲　１０ｍｍ
１－２４－１　先端幅が１０ｍｍで、上顎結節と翼状突起を離断する際に使用できること。

１－２５　玉付ノミ
１－２５－１　両刃で片側にはストッパーがついていること。

１－２６　デリケートオステオトーム　３ｍｍ
１－２６－１　全長１５．５ｃｍのノミで、先端幅が３ｍｍであること。

１－２７　デリケートオステオトーム　４ｍｍ
１－２７－１　全長１５．５ｃｍのノミで、先端幅が４ｍｍであること。

１－２８　デリケートオステオトーム　６．５ｍｍ
１－２８－１　全長１５．５ｃｍのノミで、先端幅が６．５ｍｍであること。

１－２９　ケイセイホーベンディングプライヤー
１－２９－１　先端が玉状で、把持部が曲がりであること。

１－３０　Ｕ字起子
１－３０－１　頬骨折陥没部の整復に使用できること。

１－３１　垂直骨切り用レトラクター
１－３１－１　顎関節部を切り取る際に使用できること。

１－３２　下顎枝内側用レトラクター
１－３２－１　下顎を切り広げる際に使用できること。

１－３３　下顎枝用レトラクター
１－３３－１　下顎を切り広げる際に使用できること。

１－３４　溝付レトラクター
　１－３４－１　幅１０ｍｍの全長１７．５ｃｍで顎用であること。

１－３５　下顎下縁骨膜起子　７ｍｍ
　１－３５－１　骨膜の剥離に使用でき幅７ｍｍでカーブになっていること。

１－３６　下顎下縁骨膜起子　９ｍｍ
　１－３６－１　骨膜の剥離に使用でき幅９ｍｍで、カーブになっていること。

１－３７　偏平鈎　上曲がり　１６×８０ｍｍ
　１－３７－１　口腔内を広げるための物で幅１６ｍｍ、９０度に曲がっていて先端部は、はね上がっていること。

１－３８　偏平鈎　上曲がり　１４×７０ｍｍ
　１－３８－１　口腔内を広げるための物で幅１４ｍｍ、９０度に曲がっていて先端部は、はね上がっていること。

１－３９　偏平鈎　上曲がり　１２×５５ｍｍ
　１－３９－１　口腔内を広げるための物で幅１２ｍｍ、９０度に曲がっていて先端部は、はね上がっていること。

１－４０　偏平鈎　下曲がり　１６×８０ｍｍ
　１－４０－１　口腔内を広げるための物で幅１６ｍｍ、９０度に曲がっていて先端部は、はね下がっていること。

１－４１　偏平鈎　下曲がり　１４×７０ｍｍ
　１－４１－１　口腔内を広げるための物で幅１４ｍｍ、９０度に曲がっていて先端部は、はね下がっていること。

１－４２　偏平鈎　下曲がり　１２×５５ｍｍ
　１－４２－１　口腔内を広げるための物で幅１２ｍｍ、９０度に曲がっていて先端部は、はね下がっていること。

１－４３　丹下式万能開口器　大

１－４３－１　口腔内をゼンマイを回して広げられること。

１－４４　丹下式万能開口器　小
１－４４－１　口腔内をゼンマイを回して広げられること。

１－４５　ロー鉗子　右
１－４５－１　全長２４ｃｍの鉗子であること。

１－４６　ロー鉗子　左
１－４６－１　全長２４ｃｍの鉗子があること。

１－４７　鼻骨整復鉗子　小
１－４７－１　先端は、ストレートで鼻骨整復用の鉗子であること。

１－４８　鼻骨整復鉗子　大
１－４８－１　先端は、ストレートで鼻骨整復用の鉗子であること。

１－４９　鼻鏡　ミディアム
１－４９－１　鼻腔内を見るためのものであり、挿入部分は、3.0㎜であること。

１－５０　鼻鏡　スモール
１－５０－１　鼻腔内を見るためのものであり、挿入部分は、2.8㎜であること。

１－５１　ランゲンベック骨膜起子
１－５１－１　骨膜を剥離する際に使用するものであること。

１－５２　下顎用突き錘
１－５２－１　ワイヤー及び縫合糸を下顎骨周囲に通す際に使用するものであること。

１－５３　鼻中郭用オステオトーム
１－５３－１　先端Ｙ字部の幅が４ｍｍで、全長１８．５ｃｍの目盛付きであること。

１－５４　ボーンベンディングプライヤー　荒目
　１－５４－１　半層切除肋骨及び移植骨を曲げるのに使用できること。

１－５５　ボーンベンディングプライヤー　細目
　１－５５－１　半層切除肋骨及び移植骨を曲げるのに使用できること。

１－５６　ボーンセパレータ
　１－５６－１　下顎枝矢分割法に使用できること。

１－５７　腸骨用レトラクター
　１－５７－１　先端幅３０ｍｍで反り上がっており、全長２４．５ｃｍであること。

１－５８　上顎用オステオトーム
　１－５８－１　先端ノミ部の幅が１０ｍｍで全長２３．５ｃｍであること。

２　その他必要条件
２－１　　障害支援体制
　２－１－１　本機種に障害が生じた場合、修理のための迅速な対応や支援が行えること。
　２－１－２　障害時対応として、修理部品が用意されていること。
　２－１－３　サービスエンジニア２４時間体制が整っていること。

２－２　　設置条件
　２－２－１　設置の管理者、運用者に技術指導を行うこと。
　２－２－２　納入期限は、平成 28 年 1 月 28 日（木）とする。
　２－２－３　納入場所は、附属病院中央棟 4 階中央手術部とする。
　２－２－４　納入機器は、最新機、新造、未使用のものであること。

２－３　　その他
　２－３－１　日本語の取扱説明書を提供すること。
　２－３－２　品質保証期間は、納入日から平成 29 年 3 月 31 日（金）までとすること。
　２－３－３　適合参考品
　　品名：骨折セット　メーカー：ケイセイ医科工業株式会社

品名	規格
リウエル鉗子　小	Ｔ－３４９
リウエル鉗子　極小	ＦＣ－００１Ｍ
ハンマー	Ｗ－２８０
やすり	Ｗ－２５２
両頭やすり	Ｗ－２５０
ワイヤーツイスター	Ｍ－１０８１９Ｄ
ワイヤーカッター	ＢＤ－２００２
骨把持鉗子　大	Ｒ－３０５７
骨把持鉗子　小	Ｒ－３０５６
脳べら　大	Ｅ－２１１
脳べら　中	Ｅ－２１２
脳べら　小	Ｅ－２１３
ラスパ　　フラット　大	Ｒ－１２０２５－４
ラスパ　フラット　　中	Ｒ－１２０２５－３
ラスパ　フラット　　小	Ｒ－１２０２５－１
ラスパ　斜角　　大	Ｒ－１２０２３－４
ラスパ　斜角　　中	Ｒ－１２０２３－３
ラスパ　斜角　　小	Ｒ－１２０２３－１
ラスパ　強彎	Ｒ－１２０２８
ラスパ　弱彎	Ｒ－１２０２７
オステオトーム　７ｍｍ	Ｒ－１２０４２－１
オステオトーム　１０ｍｍ	Ｒ－１２０４２－２
オステオトーム　曲　８ｍｍ	Ｒ－３５００５－１
オステオトーム　曲　１０ｍｍ	Ｒ－３５００５－２
玉付ノミ	Ｗ－２５９
デリケートオステオトーム　３ｍｍ	Ｒ－１２０８５－１
デリケートオステオトーム　４ｍｍ	Ｒ－１２０８５－２
デリケートオステオトーム　６．５ｍｍ	Ｒ－１２０８５－３
ケイセイホーベンディングプライヤー	Ｍ－５００５
Ｕ字起子	Ｒ－４１１０
垂直骨切り用レトラクター	２０－３０７－０１
下顎枝内側用レトラクター	２０－３１０－０１
下顎枝用レトラクター	Ｒ－１２００５
溝付レトラクター	Ｒ－１２０１１－１０
下顎下縁骨膜起子　７ｍｍ	Ｒ－３２０２１－２
下顎下縁骨膜起子　９ｍｍ	Ｒ－３２０２１－３
偏平鈎　上曲がり　№１　１６×８０ｍｍ	Ｒ－３２００３－７
偏平鈎　上曲がり　№２　１４×７０	Ｒ－３２００３－６
偏平鈎　上曲がり　№３　１２×５５	Ｒ－３２００３－５
偏平鈎　下曲がり　№１　１６×８０	Ｒ－３２００５－７
偏平鈎　下曲がり　№３　１４×７０	Ｒ－３２００５－６

偏平鉤　下曲がり　№3　１２×５５	Ｒ－３２００５－５
丹下式万能開口器　大	M－３３５
丹下式万能開口器　小	M－３３５S
ロー鉗子　右	R－３０７８
ロー鉗子　左	R－３０７７
鼻骨整復鉗子　小	F－６００２
鼻骨整復鉗子　大	F－６００１
鼻鏡　ミディアム	AES－２３１
鼻鏡　スモール	AES－２３２
ランゲンベック骨膜起子	ＦＤ－７３１０
下顎用突き錘	R－１２０１８－２
鼻中郭用オステオトーム	R－２２０２９－１
ボーンベンディングプライヤー　荒目	Ｒ－７５０１
ボーンベンディングプライヤー　細目	Ｒ－７５０２
ボーンセパレータ	R－３５０１０－１
腸骨用レトラクター	Ｒ－９５００－１
上顎用オステオトーム	Ｒ－１２０４０

２－３－４　同等品は、可とする。

ただし、適合参考物品以外で応札する場合は、平成 27 年 8 月 12 日(水)までに事務局経理課あて同等品であることを証明する書類（カタログ等を含む）を提出し、平成 27 年 8 月 18 日（火）までにその承認を得ること。

この場合において、適合参考物品以外の物品については、規格等の各項目についてその性能・機能等を十分明らかにしなければならない。

２－３－５　仕様書に関する質問がある場合は、平成 27 年 8 月 12 日（水）までに下記へ書面により行うこと。

公立大学法人和歌山県立医科大学事務局経理課
〒641-8510
和歌山市紀三井寺８１１－１
TEL　073-441-0721(直) / FAX　073-441-0706